

SMT1528 ANESTEZİ SOLUNUM DEVRESİ

Genel Hükümler:	<p>13. Devre orijinal ambalajında ve tek kullanımlık olmalıdır.</p> <p>14. Devre üniversal olmalı ve klinikte bulunan cihazlar ile uyumlu olmalıdır.</p> <p>15. Devrenin tüm hat ve konektörlerinin gaz geçirgenlik, komplians ve akışa direnç testleri yapılmış olmalıdır.</p> <p>16. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır</p>
------------------------	--