

SMT4001 ANTIEMBOLİ ÇORABI

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün, cerrahi işlemler öncesi ve sonrasında hasta alt ekstremitelerinde meydana gelebilecek emboli oluşumunu engellemek amacıyla medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürünün, dizaltı ve ya dizüstü çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır. 3. Ürünün, hasta tip ve beden ölçülerine bağlı olarak small, medium, large, extra large vb. ölçülerinden herhangi biri olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	4. Dizüstü çoraplar, ayaktan kasığa kadar uygulanan basınç değerini azaltan bölmelerden oluşmalıdır ve diz üstüne kadar uzanmalıdır. 5. Dizaltı antiemboli çorapları da dize kadar rahat uzanmalı ve uygulanan bölgede basıncı azaltabilen bölmelere sahip olmalıdır. 6. Çoraplarda bacadan kaymayı önleyecek şekilde uç kısımlarında tutucu silikonlu bandı olmalıdır ve turnike etkisi yapmamalıdır. 7. Çorabın altında metatars bölümünde bir gözetleme deliği olmalı ve bu delik sayesinde hem parmakların temiz tutulması kolay olmalı hem de arteriyel problemler sonucu oluşan renk değişimleri gözlenebilmelidir. 8. Tek pakette bir çift dizaltı veya dizüstü çorap bulunmalıdır. 9. Çorabın topuk bölgesinde bası yarasını engelleyici özel ekstra yumuşak topuk (soft heel) dokumasına sahip olmalıdır. 10. Çorap genelinde bulunan iki yönlü esneyen dokuma teknolojisi ile değişik boylardaki hastalarda rahatlıkla kullanılabilmelidir. 11. Çorap lateks içermeyen dokuması sayesinde anti-alerjik olmalıdır.
Genel Hükümler:	12. Ürünün ÜTS kaydı bulunmalıdır.

Sergü Ekmür
SFLN

Gülüm EREN

Özge Zeynepoğlu
Gül

Büşra Nur YILDIZ

Fethiye Özdemir

Lahur Uluşay
Alyaz

Dr. Jönckel
A. Jönckel

Sevilay Yıldırım

Nezirke TAŞKIN
Nur

Ayşe Aykutan Kurt
A