

## SMT3913 ATEŞ ÖLÇER PROB

<b>Genel</b>	21. Ürün tek kullanımlık ve non-steril olmalıdır.
<b>Hükümler:</b>	22. Yüklenici firma her 5000 adet ürün için 1 (bir) adet cihazı mülkiyeti firmada kalmak kaydıyla ürünler tüketilene kadar sağlık tesisi kullanımına bırakmalıdır.
	23. Yüklenici firma, her yıl sağlık tesisindeki cihazlarını orijinal marka-model kalibratör cihazı ile kalibrasyon testini yerinde yapıp, sapma yapan cihazları kalibre edip kontrolünü sağlamalı ve/veya kalibrasyonlu cihazı tesise teslim etmelidir.
	24. Cihaz ile birlikte saklama kabı ve/veya standı ve pilleri verilmelidir.

Ayşe Gül Aytekin Kurt

Griem EVREN

Ruhsen Yıldız

Amir Denizci

Nesrin TASEKAN

Songül Elvan

Büşra Nur YILDIZ

Özge Zengin

Fethiye Todor

Gal -  
Jana Wasy  
Jury

## SMT3913 ATEŞ ÖLÇER PROB

<b>Genel</b>	21. Ürün tek kullanımlık ve non-steril olmalıdır.
<b>Hükümler:</b>	22. Yüklenici firma her 5000 adet ürün için 1 (bir) adet cihazı mülkiyeti firmada kalmak kaydıyla ürünler tüketilene kadar sağlık tesisi kullanımına bırakmalıdır.
	23. Yüklenici firma, her yıl sağlık tesisindeki cihazlarını orijinal marka-model kalibratör cihazı ile kalibrasyon testini yerinde yapıp, sapma yapan cihazları kalibre edip kontrolünü sağlamalı ve/veya kalibrasyonlu cihazı tesise teslim etmelidir.
	24. Cihaz ile birlikte saklama kabı ve/veya standı ve pilleri verilmelidir.

Ayşe Gül Aytekin Kurt

Gökem ERGEN



Amir Denizci

Ruhsen Yıldız



Nesrin TASCAN

Songül Elvan

Buse Nur YILDIZ

S. Elvan



Özge Zorazoglu

Fethiye Tadan

Çağrı -  
Jahna Unbey  
Mey

