

SMT1039 CERRAHİ ELDİVEN, ANTİALERJİK, LATEKS İÇERMEYEN, PUDRASIZ

SMT Temel İşlevi:	1. Cerrahi amaçla kullanmaya elverişli anatomik el yapısında olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürün latex içermemelidir 3. Ürün pudrasız olmalıdır. 4. Ürünün 6 ile 9,5 aralığında çeşitli numaraları olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	5. Ürün içi pudrasız olmalı ve hipoallerjenik özellik taşımalıdır. 6. Ürün, <u>parmak uçlarında pot oluşturmamalıdır.</u> 7. Ürünün bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. 8. Ürünün koncunun kenarı yırtılmayı ve gevsemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır. 9. Ürünün koncu ameliyat sırasında kullanılırken box gömleğinin manşetini kavramalı bırakmamalıdır. 10. Ürün, kolay bozulup yırtılmamalı, uzun süren vakalarda deforme olmamalıdır. 11. Ürün, ele giyildiğinde parmak uçları tam olarak oturmalı, arada boşluk kalmamalı ve kullanım sırasında parmak uçlarında his ve hassasiyet kaybına neden olmamalıdır. 12. Paket açıldığında eldivenler yapışık olmamalı, ıslak ve kuru elle kolay giyilebilmelidir. 13. Ambalajlar yırtık ve deforme olmamalı, steril tekniğe uygun bir şekilde yırtılmadan kolay açılabilir olmalıdır. 14. İç ambalajda eldiven numarası ve sağ-sol eldiveni belirten yazılar olmalıdır. 15. Ürünün sıvı geçirgenliği olmamalıdır. 16. <u>Ürün elektrik akımını geçirmemeli, vücutta yanıklara sebep olmayacak kalitede/özellikte olmalıdır.</u>

Dr. Zekeriya
Cant
Aygün Aytekin-Kurt
Sarı
Nezih
TASMAN
Levriy
Yıldırım
Chir. Jovanis
R. Sro Kly

SMT1039 CERRAHİ ELDİVEN, ANTİALERJİK, LATEKS İÇERMEYEN, PUDRASIZ

SMT Temel İşlevi:	1. Cerrahi amaçla kullanmaya elverişli anatomik el yapısında olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürün latex içermemelidir 3. Ürün pudrasız olmalıdır. 4. Ürünün 6 ile 9,5 aralığında çeşitli numaraları olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	5. Ürün içi pudrasız olmalı ve hipoallerjenik özellik taşımalıdır. 6. Ürün, <u>parmak uçlarında pot oluşturmamalıdır.</u> 7. Ürünün bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. 8. Ürünün koncunun kenarı yırtılmayı ve gevsemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır. 9. Ürünün koncu ameliyat sırasında kullanılırken box gömleğinin manşetini kavramalı bırakmamalıdır. 10. Ürün, kolay bozulup yırtılmamalı, uzun süren vakalarda deforme olmamalıdır. 11. Ürün, ele giyildiğinde parmak uçları tam olarak oturmalı, arada boşluk kalmamalı ve kullanım sırasında parmak uçlarında his ve hassasiyet kaybına neden olmamalıdır. 12. Paket açıldığında eldivenler yapışık olmamalı, ıslak ve kuru elle kolay giyilebilmelidir. 13. Ambalajlar yırtık ve deforme olmamalı, steril tekniğe uygun bir şekilde yırtılmadan kolay açılabilir olmalıdır. 14. İç ambalajda eldiven numarası ve sağ-sol eldiveni belirten yazılar olmalıdır. 15. Ürünün sıvı geçirgenliği olmamalıdır. 16. <u>Ürün elektrik akımını geçirmemeli, vücutta yanıklara sebep olmayacak kalitede/özellikte olmalıdır.</u>

Dr. Zekeriya
Curt
Aygün Aytekin-Kurt
Sarı
Nezih
Elmer
Sarı
TASMAN
Levriy
Yıldırım
Chir. Jovanat
R. Sro Kır