

SMT1042 CERRAHİ EL DİVEN PUDRASIZ ÇİFT KATLI

| | |
|--|--|
| SMT Temel İşlevi: | 1. Eldivenler travmatoloji ve ortopedi alanlarında kullanılmaya elverişli olmalıdır. |
| SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | 2. Eldivenler pudrasız ve lateks olmalıdır. 3. Eldivenlerin ölçüsü en az 6 numaradan başlamalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | 4. Eldivenler ameliyat aletlerinin yüksek basıncına karşı yüksek mukavemet sağlamalıdır. 5. Eldivenler ısınlama yöntemi ile sterilize edilmiş olmalı, sterilizasyon yöntemi paket üzerinde açıkça belirtilmeli veya sembol ile gösterilmiş olmalıdır. 6. TS EN 455-3:2020 standartlarına uygun olacak şekilde azaltılmış protein seviyesi 50 mikrogram/gramdan düşük olmalıdır. 7. Eldiven iç içe giyilebilecek tasarıma sahip olmalı, iki farklı renk kodunda olmak üzere meydana gelebilecek kemik batması ve cerrahi atıklara karşı dirençli olması için her bir pakette iki çift eldiven bulunmalıdır. 8. Eldiven boyları hem eldivenin üzerinde hem de ambalajda belirtilmiş olmalıdır. 9. Eldivenler uzun konçlu olmalı ve eldiven uzunluğu 290 ± 20 mm olmalıdır. 10. Eldivenlerin parmak ucu yuvarlatılmış olup eldiven avuç içi pürüzlü olmalıdır. 11. Eldivenler bilekten kıvrımlı olmalıdır. 12. Eldivenler yumuşak ve elastik dokuya sahip olmalıdır. El ile mükemmel uyum sağlamalıdır. Eldivenler anatomik kalıplı olmalıdır. 13. Eli iyi kavrayan ergonomik yapısı ve hassasiyeti olmalıdır. Bu özelliğiyle ameliyatlarda istenilen rahatlığı sağlamalıdır. 14. Sıvı geçirgenliği olmamalıdır. 15. Eldivenlerin iç ambalajında sağ ve sol ayrımı, eldiven rengi, eldiven boyu ve uyarı yazıları da bulunmalıdır. 16. Eldiven iç ambalajında hangi eldivenin önce giyilmesi gerektiği şekilsel olarak belirtilmelidir. |

SMT1042 CERRAHİ EL DİVEN PUDRASIZ ÇİFT KATLI

| | |
|--|--|
| SMT Temel İşlevi: | 1. Eldivenler travmatoloji ve ortopedi alanlarında kullanılmaya elverişli olmalıdır. |
| SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | 2. Eldivenler pudrasız ve lateks olmalıdır. 3. Eldivenlerin ölçüsü en az 6 numaradan başlamalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | 4. Eldivenler ameliyat aletlerinin yüksek basıncına karşı yüksek mukavemet sağlamalıdır. 5. Eldivenler ısınlama yöntemi ile sterilize edilmiş olmalı, sterilizasyon yöntemi paket üzerinde açıkça belirtilmeli veya sembol ile gösterilmiş olmalıdır. 6. TS EN 455-3:2020 standartlarına uygun olacak şekilde azaltılmış protein seviyesi 50 mikrogram/gramdan düşük olmalıdır. 7. Eldiven iç içe giyilebilecek tasarıma sahip olmalı, iki farklı renk kodunda olmak üzere meydana gelebilecek kemik batması ve cerrahi atıklara karşı dirençli olması için her bir pakette iki çift eldiven bulunmalıdır. 8. Eldiven boyları hem eldivenin üzerinde hem de ambalajda belirtilmiş olmalıdır. 9. Eldivenler uzun konçlu olmalı ve eldiven uzunluğu 290 ± 20 mm olmalıdır. 10. Eldivenlerin parmak ucu yuvarlatılmış olup eldiven avuç içi pürüzlü olmalıdır. 11. Eldivenler bilekten kıvrımlı olmalıdır. 12. Eldivenler yumuşak ve elastik dokuya sahip olmalıdır. El ile mükemmel uyum sağlamalıdır. Eldivenler anatomik kalıplı olmalıdır. 13. Eli iyi kavrayan ergonomik yapısı ve hassasiyeti olmalıdır. Bu özelliğiyle ameliyatlarda istenilen rahatlığı sağlamalıdır. 14. Sıvı geçirgenliği olmamalıdır. 15. Eldivenlerin iç ambalajında sağ ve sol ayrımı, eldiven rengi, eldiven boyu ve uyarı yazıları da bulunmalıdır. 16. Eldiven iç ambalajında hangi eldivenin önce giyilmesi gerektiği şekilsel olarak belirtilmelidir. |