

SMT1742-HEMODİYALİZ KATETERİ, GEÇİCİ

SMT Temel İşlevi:	1. Kateter iki veya üç lümenli olup, hemodiyaliz veya aferez tedavisi için kısa süreli damar yolu sağlamak amacı ile pediatrik veya yetişkin için; femoral vene, subclavian vene veya juguler vene uygulanabilir olmalıdır.
SM malzeme tanımlama bilgileri:	<p>2. Kateterin yapıldığı malzeme (flexi-smooth) poliüretandan olmalı, vücut sıcaklığında yumuşamalı ve uç kısmı yumuşak vücuda zarar vermeyecek şekilde olmalıdır.</p> <p>3. Kateterin yetişkin için çapı; 8-14Fr çap aralığında ve uzunluğu; 12-35cm aralığında, pediatrik için; 5- 11F çap aralığında ve isteğe göre 7-24cm uzunluğunda olmalıdır.</p> <p>4. Kateterin lümenlerinin uzantıları, 'yukarı doğru', 'aşağı doğru', "safttan kıvrık veya lümenin içindeki teller aracılığıyla kıvrılabilir olmalıdır. Kateter; "Y", "M" veya "U" görünümünde olmalıdır</p> <p>5. Kateter gövdesi 180 derece kıvrıldığında kink olmamalıdır. Kink olup olmadığı test edilecektir.</p> <p>6. Kateter kit içinde içeriğinde;</p> <p>Yetişkin için;</p> <p>a) 1 Adet istenilen çap ve uzunlukta geçici hemodiyaliz kateteri,</p> <p>b) kateter kalınlığı ile uyumlu 1 veya 2 adet dilatör,</p> <p>c) 1 adet 0.021-0.038 çapında en az 70cm uzunluğunda tek el ile kullanılabilen özel kılıfta kink yapmayan J flexible kılavuz tel,</p> <p>d) 1 adet 17 G veya 18 G introducer giriş iğnesi,</p> <p>e) 2 adet luer-lock koruma kapağı,</p> <p>f) 1 adet bistüri veya haricen verilmelidir.</p> <p>Pediatrik kit için;</p> <p>a) 1 Adet istenilen çap ve uzunlukta geçici hemodiyaliz kateteri,</p> <p>b) 1 adet Introducer iğne,</p> <p>c) 1 adet 0.021-0.038 x 45-70cm tek el ile kullanılabilen özel kılıfta J flexible Kılavuz tel,</p> <p>d) 1 adet istenilen çapta damar dilatörü,</p>

SMT1742-HEMODİYALİZ KATETERİ, GEÇİCİ

SMT Temel İşlevi:	1. Kateter iki veya üç lümenli olup, hemodiyaliz veya aferez tedavisi için kısa süreli damar yolu sağlamak amacı ile pediatrik veya yetişkin için; femoral vene, subclavian vene veya juguler vene uygulanabilir olmalıdır.
SM malzeme tanımlama bilgileri:	<p>2. Kateterin yapıldığı malzeme (flexi-smooth) poliüretandan olmalı, vücut sıcaklığında yumuşamalı ve uç kısmı yumuşak vücuda zarar vermeyecek şekilde olmalıdır.</p> <p>3. Kateterin yetişkin için çapı; 8-14Fr çap aralığında ve uzunluğu; 12-35cm aralığında, pediatrik için; 5- 11F çap aralığında ve isteğe göre 7-24cm uzunluğunda olmalıdır.</p> <p>4. Kateterin lümenlerinin uzantıları, 'yukarı doğru', 'aşağı doğru', "safttan kıvrık veya lümenin içindeki teller aracılığıyla kıvrılabilir olmalıdır. Kateter; "Y", "M" veya "U" görünümünde olmalıdır</p> <p>5. Kateter gövdesi 180 derece kıvrıldığında kink olmamalıdır. Kink olup olmadığı test edilecektir.</p> <p>6. Kateter kit içinde içeriğinde;</p> <p>Yetişkin için;</p> <p>a) 1 Adet istenilen çap ve uzunlukta geçici hemodiyaliz kateteri,</p> <p>b) kateter kalınlığı ile uyumlu 1 veya 2 adet dilatör,</p> <p>c) 1 adet 0.021-0.038 çapında en az 70cm uzunluğunda tek el ile kullanılabilen özel kılıfta kink yapmayan J flexible kılavuz tel,</p> <p>d) 1 adet 17 G veya 18 G introducer giriş iğnesi,</p> <p>e) 2 adet luer-lock koruma kapağı,</p> <p>f) 1 adet bistüri veya haricen verilmelidir.</p> <p>Pediatrik kit için;</p> <p>a) 1 Adet istenilen çap ve uzunlukta geçici hemodiyaliz kateteri,</p> <p>b) 1 adet Introducer iğne,</p> <p>c) 1 adet 0.021-0.038 x 45-70cm tek el ile kullanılabilen özel kılıfta J flexible Kılavuz tel,</p> <p>d) 1 Adet istenilen çap ve uzunlukta geçici hemodiyaliz kateteri,</p> <p>e) 1 Adet istenilen çapta damar dilatörü,</p>