

## SMT4074 KAN GAZI ENJEKTÖRÜ

<b>SMT Temel İşlevi:</b>	1. Kan gazı analizlerinde hastadan kan almak ve cihazda çalışmak amacı ile tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır.
<b>SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:</b>	2. Ürünün kendinden iğneli veya iğnesiz türleri olmalı ve bu türlerin farklı ölçülerde ürün çeşitleri olmalıdır. (Siyah, 22g, 2ml vb.)
<b>Teknik Özellikleri:</b>	3. Kan gazı analizlerinde kullanılacak olan enjektör antikoagülan olarak 50 IU iyon dengeli lityum heparin ihtiva etmelidir. 4. Kullanılan lityum heparin maddesi kan örneği ile karışınca derhal antikoagülan etkisini göstermelidir. 5. Kan örneği enjektör içerisine alındıktan sonra kanın hava ile temasını kesmek için enjektör ucunu kapatacak kapağa sahip olmalıdır.
<b>Genel Hükümler:</b>	6. Ürün ÜTS kaydı olmalı ve steril ambalajda teslim edilmelidir. 7. Üretici firma ürüne ait CE belgesine sahip olmalıdır.

Amir Demirel

A. Şimşek

Sergis Elvan  
S. Elvan

Özge Zengin  
C. T.

Levent Uzun  
P. Uzun

Aysegül Aytekin Kurt

A. Kurt

Sevilay Yıldız  
S. Yıldız

Gülüm  
G. Uzun  
A.

B. K. K. K.

Nezire Tascan  
N. Tascan

Fethiye Uzun  
F. Uzun