

**SMT3939 KONDOM (PREZERVATİF)**

<b>SMT Temel İşlevi:</b>	1. Sağlık tesislerinde farklı amaçlarda kullanılmak için tasarlanmış medikal kondom olmalıdır.
<b>SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri:</b>	2. Kondom uzunluğu en az 170 mm olmalıdır. Açma eni 50-60 mm aralığında olmalıdır.
<b>Teknik Özellikleri:</b>	3. Ürün doğal kauçuk lateksten yapılmış, görünüşü saydam, renklendirici madde içermeyen ve renk değişikliği yapmayacak nitelikte, nontoksik ve antialerjik özellikte olmalıdır. 4. Ürünün açık ucunda bulunan halkanın kesik çapı 125 mm olmalıdır. 5. Ürünün yüzeyi düz ve pürüzsüz olmalıdır. 6. Ürün mukoza ile temas ettiğinde hasar oluşturmamalı ve alerjik reaksiyona sebep olmamalıdır. 7. Ürün hijyenik şartlarda ışık veya hava geçirmeyecek şekilde, ambalajı açıldığında tekrar kapanmayacak biçimde ve ayrı ayrı ambalajlanmış olmalıdır. 8. Ürünün birim ambalajı el ile kolaylıkla açılmalı ve açılma sırasında ürün herhangi mekanik bir zarar görmemelidir.
<b>Genel Hükümler:</b>	9. Ürün steril tekli pakette sunulmalıdır.

Ayşe Gül Asteven Kurt  
Serap Elmen  
J. Elmen  
Nevaliye TASKA  
Levent Yıldız  
Gülüm ERDEM  
Bilge Nur YILDIZ  
Ani Jencery  
Özge Zencery  
Fethiye Zencery  
Loma Ury  
Fethiye Zencery